



FAVELA PRO, S.A. DE C.V.

AV.FRANCISCO I.MADERO No.17
CERRO AGUDO MOCORITO, SINALOA. MEXICO. C.P. 80830
RFC: FPR-010404-8H9 TEL: (673)734-8001, (673)734-8003
favelapro@hotmail.com ventas@fagalab.com info@fagalab.com
www.fagalab.com

C E R T I F I C A D O

PRODUCTO: ROJO DE CRESOL No. CATALOGO: 2320		CERTIFICADO: 03/30786 EMITIDO: FEBRERO 2017
No. LOTE : 2317-R2320		
DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Absorción máx. (en intermediario de Borato; pH 9)	570 (367) nm	Cumple
Intervalo visual de la transición (1)	pH 2.0 (Anaranjado) a pH 3.0 (Amarillo)	Cumple
Intervalo visual de la transición (2)	pH 7.2 (Amarillo) a pH 8.8 (Rojo)	Cumple
DATOS DE LOTE: 2310R-C100 CANTIDAD: 5 Kg FECHA DE FABRICACION: ENERO 2017 FECHA DE CADUCIDAD: ENERO 2020		APROBADO POR: Ing. Moisés López Román 
CLIENTE:		
La información contenida en este documento, es la más precisa de acuerdo a nuestro contenido y determinaciones, sin embargo, puesto que las condiciones de manejo, almacenamiento y uso, están más allá de nuestro control, puede existir variación de estos resultados y por lo tanto nuestra empresa no asume responsabilidad alguna por daños causados en el uso de esta información.		