




## FAVELA PRO, S.A. DE C.V.

AV. FRANCISCO I. MADERO No. 17  
 CERRO AGUDO MOCORITO, SINALOA. MEXICO. C.P. 80830  
 RFC: FPR-010404-8H9 TEL: (673)734-8001, (673)734-8003  
 favelapro@hotmail.com www.fagalab.com

# C E R T I F I C A D O

PRODUCTO: <b>TIOCIANATO DE AMONIO</b> No. CATALOGO: 2361		CERTIFICADO: <b>92022361</b> EMITIDO: FEBRERO 2016
No. LOTE : 1716-T2361		
DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Contenido	Min.97.5%	98.2%
Aspectos	Cristales Blancos o incoloros	
pH de la solución al 5% a 25°C	4.5-6.0	5.7%
Materia insoluble	0.005%	0.003%
Residuo después de Ignición	0.025%	0.003%
Cloruros (Cl)	0.005%	0.003%
Sulfatos (SO <sub>4</sub> )	0.005%	0.002%
<b>DATOS DE LOTE:</b> 1710T-C100 <b>CANTIDAD:</b> 50 Kg. <b>FECHA DE FABRICACION:</b> ENERO 2016 <b>FECHA DE CADUCIDAD:</b> ENERO 2019		<b>APROBADO POR:</b> Ing. Moisés López Román. 
<b>CLIENTE:</b>		
La información contenida en este documento, es la más precisa de acuerdo a nuestro contenido y determinaciones, sin embargo, puesto que las condiciones de manejo, almacenamiento y uso, están más allá de nuestro control, puede existir variación de estos resultados y por lo tanto nuestra empresa no asume responsabilidad alguna por daños causados en el uso de esta información.		