




## FAVELA PRO, S.A. DE C.V.

AV.FRANCISCO I.MADERO No.17  
CERRO AGUDO MOCORITO, SINALOA. MEXICO. C.P. 80830  
RFC: FPR-010404-8H9 TEL: (673)734-8001, (673)734-8003  
favelapro@hotmail.com www.fagalab.com

# C E R T I F I C A D O

PRODUCTO: <b>ACIDO PIROGALICO</b>		CERTIFICADO: <b>03142701</b>
No. CATALOGO: 2041		EMITIDO: FEBRERO 2016
No. LOTE : 2116-A2041		
DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Rango de ebullición	2°C, entre 131 y 135° C	133°C
Máximos permitidos		
Residuo después de ignición	0.005%	0.003%
Cloruro (Cl)	0.001%	0.001%
Sulfatos (SO <sub>4</sub> )	0.005%	0.005%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm	3 ppm
Hierro (Fe)	0.001%	0.001%
DATOS DE LOTE: 2110A-C100		APROBADO POR: Ing. Moisés López Román
<b>CANTIDAD: 10 Kg</b>		
<b>FECHA DE FABRICACION: ENERO 2016</b>		
<b>FECHA DE CADUCIDAD: ENERO 2021</b>		
<b>CLIENTE:</b>		
La información contenida en este documento, es la más precisa de acuerdo a nuestro contenido y determinaciones, sin embargo, puesto que las condiciones de manejo, almacenamiento y uso, están más allá de nuestro control, puede existir variación de estos resultados y por lo tanto nuestra empresa no asume responsabilidad alguna por daños causados en el uso de esta información.		