




## FAVELA PRO, S.A. DE C.V.

AV.FRANCISCO I.MADERO No.17  
CERRO AGUDO MOCORITO, SINALOA. MEXICO. C.P. 80830  
RFC: FPR-010404-8H9 TEL: (673)734-8001, (673)734-8003  
favelapro@hotmail.com www.fagalab.com

# C E R T I F I C A D O

| PRODUCTO: <b>FOSFATO DE CALCIO TRIB.</b><br>No. CATALOGO: 2204  |   | CERTIFICADO: <b>03/50890</b><br>EMITIDO: FEBRERO 2016 |
|---|---|---|
| No. LOTE : 1316-F2202   |   |   |
| DETERMINACIONES   | ESPECIFICACIONES  | RESULTADOS  |
| Arsénico (As)   | 0.0001%   | 0.0001%   |
| Cloruro (Cl)  | 0.05%   | 0.03%   |
| Metales pesados (Pb)  | 0.002%  | 0.001%  |
| Insoluble en Ácido Clorhídrico  | 0.07%   | 0.05%   |
| Hierro (Fe)   | 0.03%   | 0.03%   |
| Nitrógeno (como N)  | 0.05%   | 0.03%   |
| Sulfato (SO <sub>4</sub> )  | 0.3%  | 0.3%  |
| DATOS DE LOTE: 1310F-C100<br>CANTIDAD: 500 Kg<br>FECHA DE FABRICACION: ENERO 2016<br>FECHA DE CADUCIDAD: ENERO 2021   | APROBADO POR: I.B.Q. Moisés López Román.<br>N.C. 4044561<br> |   |
| <b>CLIENTE:</b><br>La información contenida en este documento, es la más precisa de acuerdo a nuestro contenido y determinaciones, sin embargo, puesto que las condiciones de manejo, almacenamiento y uso, están más allá de nuestro control, puede existir variación de estos resultados y por lo tanto nuestra empresa no asume responsabilidad alguna por daños causados en el uso de esta información. |   |   |