



**FAVELA PRO, S.A. DE C.V.**  
AV.FRANCISCO I.MADERO No.17  
CERRO AGUDO MOCORITO, SINALOA. MEXICO. C.P. 80830  
RFC: FPR-010404-8H9 TEL: (673)734-8001, (673)734-8003  
favelapro@hotmail.com www.fagalab.com

## C E R T I F I C A D O

PRODUCTO: <b>ROJO DE CRESOL</b> No. CATALOGO: 2320		CERTIFICADO: <b>03/30786</b> EMITIDO: FEBRERO 2016
No. LOTE : 2316-R2320		
DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Absorción máx. (en intermediario de Borato; pH 9)	570 (367) nm	Cumple
Intervalo visual de la transición (1)	pH 2.0 (Anaranjado) a pH 3.0 (Amarillo)	Cumple
Intervalo visual de la transición (2)	pH 7.2 (Amarillo) a pH 8.8 (Rojo)	Cumple
<b>DATOS DE LOTE:</b> 2310R-C100 <b>CANTIDAD:</b> 5 Kg <b>FECHA DE FABRICACION:</b> ENERO 2016 <b>FECHA DE CADUCIDAD:</b> ENERO 2019		<b>APROBADO POR:</b> Ing. Moisés López Román 
<b>CLIENTE:</b> La información contenida en este documento, es la más precisa de acuerdo a nuestro contenido y determinaciones, sin embargo, puesto que las condiciones de manejo, almacenamiento y uso, están más allá de nuestro control, puede existir variación de estos resultados y por lo tanto nuestra empresa no asume responsabilidad alguna por daños causados en el uso de esta información.		