



# FAVELA PRO, S.A. DE C.V.

AV.FRANCISCO I.MADERO No.17  
CERRO AGUDO MOCORITO, SINALOA. MEXICO. C.P. 80830  
RFC: FPR-010404-8H9 TEL: (673)734-8001, (673)734-8003  
favelapro@hotmail.com www.fagalab.com

## C E R T I F I C A D O

|  |   |
|--|---|
| PRODUCTO: <b>NITRATO DE CALCIO</b><br>No. CATALOGO: 2274 | CERTIFICADO: <b>03142701</b><br>EMITIDO: FEBRERO 2016 |
|--|---|

No. LOTE : 1716-N2274

| DETERMINACIONES  | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS |
|--|------------------|------------|
| Contenido $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ | 99.0-103.0%      | 99.5%      |
| pH de la solución al 5% a 25°C                                 | 5.0-7.0          | 6.2        |
| Máximos permitidos   |                  |            |
| Materia insoluble y precipitado de $\text{NH}_4\text{OH}$      | 0.005%           | 0.003%     |
| Cloruro (Cl)   | 0.005%           | 0.003%     |
| Sulfato ( $\text{SO}_4$ )                                      | 0.002%           | 0.002%     |
| Bárium (Ba)  | 0.005%           | 0.003%     |
| Metales pesados (como Pb)                                      | 5 ppm            | 5 ppm      |
| Hierro (Fe)  | 5 ppm            | 5 ppm      |
| Magnesio y sales alcalinas                                     | 0.2%             | 0.2%       |

DATOS DE LOTE: 1710N-C100

APROBADO POR: Ing. Moisés López Román

CANTIDAD: 100 Kg

FECHA DE FABRICACION: ENERO 2016

FECHA DE CADUCIDAD: ENERO 2021

CLIENTE:

La información contenida en este documento, es la más precisa de acuerdo a nuestro contenido y determinaciones, sin embargo, puesto que las condiciones de manejo, almacenamiento y uso, están más allá de nuestro control, puede existir variación de estos resultados y por lo tanto nuestra empresa no asume responsabilidad alguna por daños causados en el uso de esta información.